



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 电字第 4099056 号

Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	武汉世纪华胜科技有限公司
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	有载分接开关测试仪
型 号 / 规 格 Type/Specification	FS3050
出 厂 编 号 Serial No.	09BYC0670
制 造 单 位 Manufacturer	武汉世纪华胜科技有限公司
校 准 依 据 Calibration Regulation	JJG124-2005

(校准专用章)
Stamp



批准人
Approved by 张锐

核验员
Checked by 张锐

校准员
Calibrated by 贾 棋

校准日期 2009 年 06 月 30 日
Date of Calibration Year Month Day

建议再校日期 2012 年 06 月 29 日
Recommended recal. Date Year Month Day



武汉市计量测试检定(研究)所

Wuhan Institute of Measurement and Verification(Research)

证书编号: 电字第 4099056 号
Certificate No.

- 本次校准所使用的主要计量标准
Standards of measurement used in the Calibration

名 称 Name	证书编号 Certification No	有 效 期 Valid date to
数字多用表	电字第 1087031 号	2009-11-27



- 溯源性: 本次校准所使用的计量标准均可溯源到国家计量基准。
Traceability: Standards of measurement used in the Calibration can be traceable to national standards of measurement

- 校准环境条件
Environmental condition on the Calibration

温度: 21 °C 湿度: 50 %RH 其它: ---
Temperature Humidity Others

地点: 本所 207 室
Place

091951

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute

武汉
计量
检定
专用章



校准结果

电阻测量:

显示值(Ω)	实际值(Ω)		
	A 相	B 相	C 相
1	1.05	1.01	1.05
5	5.0	5.1	5.0
10	10.1	10.0	10.1
20	19.1	19.7	19.6
30	28.7	29.1	28.8
40	38.4	38.3	38.1

备注: 标准的不确定度 $U=0.2\%$ $k=2$

以下空白

